

PROFORMADIR

MUHATAP;

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İLGİLİSİ;

.....

TALEP EDİLEN ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI DONATIM MALZEMELERİ İLE İLGİLİ FİYATLARIMIZ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA SUNARIZ.06/2019



HİKMET GÜRBÜZ
YÖNETMEN

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	SAYI	B. FİYAT (TL)	T. FİYAT (TL)
1	Anestezi eğitimi ortamı simülasyon sistemi	SET	1		
	Ameliyathane masası				
	Ameliyat lambası				
	Vaporizatörlü anestezi makinesi				
	Anestezi Malzeme dolabı				
	Anestezi malzeme arabası				
	Mayo masa				
2	Ambu seti (yetişkin)	ADET	2		
3	Ambu seti (pediatrik)	ADET	2		
4	Laringoskop seti (machintosh)	ADET	1		
5	Laringoskop seti (miller)	ADET	1		
6	Hasta başı monitörü ve ekleri	ADET	1		
7	Aspiratör	ADET	1		
8	Defibrilatör (AED)	ADET	1		
9	Tansiyon aleti (manuel - erka)	ADET	5		
10	Steteskop	ADET	5		
11	Timpanik/elektronik termometre	ADET	5		
12	Oral airway	SET	10		
13	Nazal airway	SET	4		

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA

TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87

www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

SONGÜR

14	Yetişkin entübasyon mankeni	ADET	2		
15	Çocuk entübasyon mankeni	ADET	2		
16	Yetişkin temel yaşam desteği mankeni (Yarım beden)	ADET	2		
17	Çocuk temel yaşam desteği mankeni	ADET	2		
18	Bebek temel yaşam desteği mankeni	ADET	2		
19	İleri yaşam desteği mankeni (EKG ve Defibrilasyon simülatörlü)	ADET	1		
20	Intradermal ve Subcutan uygulama maketi	ADET	2		
21	İntravenöz uygulama kol maketi	ADET	2		
22	Intramüsküler enjeksiyon maketi (kalça)	ADET	2		
23	Larengeal maske	ADET	10		
24	Endotrakeal tüp	SET	10		
25	Yüz maskesi	SET	1		
26	Yüz maskesi	SET	1		
27	Stile (değişik boylardan birer adet olmak üzere)	SET	5		
28	Maggil pensi	ADET	1		
29	Basit yüz maskesi (50'lik Paket)	ADET	5		
30	Ventüri maske	ADET	5		
31	Nazal kanül	ADET	5		
32	Aspirasyon sondası	ADET	10		
33	Nazogastrik sonda	ADET	10		
34	Turnike kauçuk	ADET	12		
35	Başaltı destek simiti	ADET	2		
36	Kol destek aparatı	ADET	2		
37	Portatif serum askısı	ADET	2		
38	Tibbi atık kutusu (20 lt)	ADET	1		
39	Aspirasyon sondası	ADET	10		
40	Nazogastrik sonda	ADET	10		
41	Sargı uygulama eğitimi sarf seti	ADET	1		
42	Enjeksiyon uygulama eğitimi sarf seti	ADET	1		
KDV HARIÇ TOPLAM TL					

FIYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

**HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM VE BECERİ LABORATUVARI
MALZEME ŞARTNAMESLERİ**

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM
1	Anestezi eğitimi ortamı simülasyon sistemi	<ul style="list-style-type: none">İçeriğinde hidrolik yükseklik ayarlı ameliyat masası,Ameliyathane lambası,Vaparozitörlü anestezi makinesi,Mayo masa,Paslanmaz çelikten imal camlı ameliyathane dolabıBulunmalıdır.
2	Ambu seti (yetişkin)	<ul style="list-style-type: none">Yetişkin boyutlarında set halinde olmalıdırBasınç rahatlatma valfi bulunmalıdır.Her boy için ayrı ayrı silikon maske ile sunulmalıdır.Airway seti ile birlikte sunulmalıdır.Ağız açacağı bir adet bulunmalıdır.Plastik taşıma koruma çantası içinde sunulmalıdır.PVC den imal edilmiş olmalıdır.Silikon yapıda ve kullanım ekipmanlarıyla birlikte set halinde sunulmalıdır.
3	Ambu seti (pediyatrik)	<ul style="list-style-type: none">Pediyatrik boyutlarında set halinde olmalıdırBasınç rahatlatma valfi bulunmalıdır.Her boy için ayrı ayrı silikon maske ile sunulmalıdır.Airway seti ile birlikte sunulmalıdır.Ağız açacağı bir adet bulunmalıdır.Plastik taşıma koruma çantası içinde sunulmalıdır.PVC den imal edilmiş olmalıdır.Silikon yapıda ve kullanım ekipmanlarıyla birlikte set halinde sunulmalıdır
4	Laringoskop seti (machintosh)	<ul style="list-style-type: none">İçine pil konulabilen çalışan gövdesi (HANDLE) bulunmalıdır.Yetişkin boyutta olmalıdır.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.En az üç adet bleydi bulunmalıdır.Bleydler ısıda sterilize edilebilmelidir.Yedek ampülü ile birlikte verilmelidir.Eğri bleytli (Machintosh) model olmalıdır.Taksimatlı taşıma ve koruma kutusu içinde sunulmalıdır.

**SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE
ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com**

5	Laringoskop seti (miller)	<ul style="list-style-type: none">• 1 İçine pil konulabilen çalışan gövdesi (HANDLE) bulunmalıdır.• Yetişkin boyutta olmalıdır.• Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.• En az üç adet blaydi bulunmalıdır.• Bleydler ısıda sterilize edilebilmelidir.• Yedek ampülü ile birlikte verilmelidir.• Düz bleytli (Miller) model olmalıdır.• Taksimatlı taşıma ve koruma kutusu içinde sunulmalıdır.
6	Hasta başı monitörü ve ekleri	<ul style="list-style-type: none">• Yaklaşık 12,1 inç renkli, yüksek çözünürlüklü (1024 x 768) LCD ekran büyüklüğü olmalı• Türkçe ve İngilizce dil seçeneği olmalı• Yetişkin, çocuk, yenidoğan kullanımına uygun olmalı• 168 saatlik grafik ve tabular trendleri, veri hafızası bulunmalı• Her bir parametre için farklı renk seçebilme özelliği bulunmalı• Aritma ve ST segment analizi bulunmalı• 750 grup NIBP ölçüm görüntüleme yapabilmeli• Apne alarmı bulunmalı• 1.800 grup alarmı olayını görüntüleme yapabilmeli• Defibrilatör çıkışı bulunmalı• Ekranın 1/3'ünü dondurup, geri kalanında eş zamanlı görüntüleyebilmeli• 66 yataklık network kapasitesi bulunmalı• Kart çıkarma/ekleme gerektirmeksizin yazılım güncelleştirebilme• 2 yıl garantili olmalı
7	Aspiratör	<ul style="list-style-type: none">• Acil müdahale, ambulans, ilk yardım ve hastanelerde kullanıma uygun olmalı• Özellikle trakeostomi veya nefes borusu tıkanması yaşayan hastalardaki salgı, kan, kusmuk ve mukus tahliyesinde kullanıma uygun olmalı• Yüksek emiş güçlü, sessiz ve yağsız tip pompa ile birlikte sunulmalı• Hafif, kompakt yapıda olmalı• 1 litrelik plastik kavanozlu olmalı• Maksimum vakum gücü: 600 mmHg olmalı• DC 12V veya AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz işletim voltajı ile işletilmeli• Akış hızı: yaklaşık 20 l/dk olmalı• Ağırlık: yaklaşık 4,5 kg olmalı
8	Defibrilatör AED	<ul style="list-style-type: none">• Cihazın harici kasası darbeler dayanıklı olmalıdır. Kolaylık sağlaması açısından taşıma kulpu bulunmalıdır.• Uzun ömürlü kullan at tip LiMnO2 bataryaya sahip olmalıdır. Bataryanın 5 yıl ömrü olmalıdır.• Tam dolu batarya ile maksimum enerji seviyesinde 150 şok verebilmelidir.• Boyutları 10x30x25 cm boyutlarını geçmemelidir.• Cihazın ağırlığı batarya dahil 2 kg.'ı geçmemelidir.• Çalışma ısısı 0 - 50°C olmalıdır.

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

- Dalga türü bifazik dalga formu olmalıdır
- Cihaz yapışkan ped elektrotlar aracılığı ile EKG ritmini analiz etmeli, hastanın göğüs empedansını ölçmeli ve şokun gerekliliği konusunda karar vermelidir. Sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirmelidir.
- Cihazın sesli komutları muhakkak Türkçe olmalıdır.
- Cihaz pedler yapıştırıldıktan sonra en fazla 10 sn içinde hastanın EKG sinyalini analiz edebilmeli ve şok verilip verilmemesine karar vermelidir.
- Cihaz her açıldığında kendini test etmeli ve arıza durumunda arıza ledi yanmalıdır.
- Batarya seviyesi azaldığında kapalı durumdayken led vasıtası ile kullanıcıyı uyarmalıdır. Açık durumda iken hem led hem de sesli komut ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
- Cihazın üzerinde kullanım kolaylığı açısından sadece açma/kapama ve şok düğmesi bulunmalıdır.
- Çok işlevli tek kullanımlık kendinden yapışkanlı ve jelli pedleri bulunmalıdır.
- Cihaz ile birlikte taşıma çantası verilmelidir.
- Cihaz yazılımı AHA/ERC 2005 kılavuzuna göre güncellenmiş olmalıdır. İleride yapılacak değişiklikler olur ise yazılım güncellenmesi yapılabilir.
- Cihazın dahili hafızası bulunmalı, istendiğinde EKG sinyali ve olay kayıtları bilgisayar ortamına alınacak yazılım ile atılabilir.
- Cihaz en az 5 yıl garantiye sahip olmalıdır.
- Cihaz uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
- T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve Satın alınacak tıbbi cihazların TİTUBB 'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeyi Komisyona ibraz etmek zorundadır
- Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
- Kendinden yapışkanlı / jelli Ped 1 Adet
- Kullanım Kılavuzu (Türkçe) 1 Adet
- Taşıma Çantası 1 Adet
- LiMnO2 Batarya 1 Adet

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

9	Tansiyon aleti (manuel - PERFECT MODEL)	<ul style="list-style-type: none">• Ürün birinci kalite olmalı• Manuel kullanımlı ve manşonlu olmalı• Sağ ve sol koldan ölçüm yapmaya müsait olmalı• Profesyonel kullanıma uygun olmalı• Steteskopu ile birlikte verilmeli• Tazyik kesesi bulunmalı• Metal destekli Puarlı olmalıdır.• Manuel kontrollü kadranı bulunmalıdır.• Gösterge kadranı puarı ile birlikte olmalıdır.• Puarında metal destek olmalıdır.• Çift hortumlu olmalı• Manometresi kaliteli ve hassas ölçüme müsait olmalı• Taşıma koruma çantası ile birlikte sunulmalıdır.• Kancalı manşonu bulunmalıdır.
10	Steteskop	<ul style="list-style-type: none">• Stetoskop, kulak adaptörleri, kulak boruları, çelik yay , kauçuk borular, y parçası bağlantı parçaları ve ses alıcıdan oluşmalıdır.• Stetoskop simetrik bir yapıda olmalı, madeni kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.• Kauçuk ve plastik kısımlarında çizik, delik, çatlak, yırtık ve eskimiş, özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.• Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimi bozacak engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.• Kulak adaptörleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen yumuşak plastikten olmalıdır.• Kutu içeriğinde yedek kulak adaptörü bulunmalıdır.• Çelik yay, stetoskoplarda tek parçadan meydana gelmelidir.• Çelik yay “u” şeklinde olmalı, istendiğinde, çelik yayın kulak borularına bağlantısı ayarlanabilir şekilde de yapılabilir.• Ses alıcı bölüm çan ve membranlı bölüm olmak üzere kombine tip olmalıdır.• Diyafram yapımında uygun bir plastik malzeme kullanılmış olmalıdır.• Diyafram etrafını çevreleyen plastik kolay gevşememelidir.• Çift taraflı olmalı kullanım yönü istendiğinde çevrilebilmelidir.
11	Timpanik/elektronik termometre	<ul style="list-style-type: none">• Kulaktan beden sıcaklığı(ateş) ölçümü için geliştirilmiş olmalıdır.• Pille çalışmalıdır.• Hijyenik kulak yedekleriyle (problarıyla) birlikte sunulmalıdır• Digital ekranı bulunmalıdır.
12	Oral airway (her boyuttan birer adet) olmak üzere 5’lik set)	<ul style="list-style-type: none">• 1. Soluk yolunun tıkanmasında veya rahat solunum gerçekleştirilememesinde manuel olarak hastaya oral yoldan soluk yolu açma girişim malzemesi olarak geliştirilmiş olmalı• Her birinin ayrı renk işaretinin bulunduğu en az beş değişik boyda set halinde sunulmalıdır.• PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.• Opak beyaz renkli olmalıdır.

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

13	Nazal airway (her boyuttan birer adet olmak üzere 4 lük set)	<ul style="list-style-type: none">1. Soluk yolunun tıkanmasında veya rahat solunum gerçekleştirilememesinde manuel olarak hastaya nazal yoldan soluk yolu açma girişim malzemesi olarak geliştirilmiş olmalı.Her birinin ayrı renk işaretinin bulunduğu en az dört değişik boyda set halinde sunulmalıdır.3PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.Tek kullanımlık olmalıTıbbi PVC den imal edilmiş olmalıdır.
14	Yetişkin entübasyon mankeni	<ul style="list-style-type: none">1. Yetişkin insan erkek model üzerinde trakeal entübasyon eğitimine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.Başın ekstansiyonu yapılabilir.Baş, boyun ve yapısı bir platforma yerleştirilmiş olmalıdır.Baş ağa ve sola dönebilir.Akciğerler ve mide yapıları haricen izlenebilir.Larengoskopi girişim uygulamasına elverecek bir yapıda olmalıdır.Larengoskopun dişlere aşırı baskısında sesli geri bildirim alınabilir.Ağız boşluğu ve diş, dil yapısı naturele yakın görüntüde olmalıdır.Epiglottis görülebilir.Tüp yerleştirildiğinde verilen havanın akciğer veya gidip gitmediği ile entübasyonun doğruluğu test edilebilir.Maketin taşınması ve korunması için dayanıklı çantası bulunmalıdır.Dışarıdan müdahale ile larengeal ödem oluşumu sağlanmalıdır.Üretimden kaynaklanan arıza ve deformasyonlara karşı en az iki yıllık garanti sunulmalıdır.İthalatçının veya üreticinin TSE hizmet yeterlik belgesi ile birlikte satış sonrası hizmet yeterlik belgesi bulunmalıdır.Üreticinin CE belgesi bulunmalıdır.İthalatçının temsilcilik belgesi bulunmalıdır.Ürün ithal ise, ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır. Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır.

15	Çocuk entübasyon mankeni	<ul style="list-style-type: none">• Maket, çalışma tahtası üzerine monteli, 3-5 yaş çocuk baş e boyun anatomisine uygun olmalıdır.• Maketin oral nasal, trakeal ve osofageal yapıları simülatif akciğer ve mide yapıları haricen seçilebilmelidir.• Maketin ses telleri görülebilir özellikte doğal görünümünde olmalıdır.• Eğitim maketi 2.5 mm ve 4 mm numaralı endotrakeal tüp ile kullanıma uygun olmalıdır.• Eğitim maketinde uvula, vocal cords, glottis, larinks, arytenoid, cartilage, trachea, özgephagus mevcut olmalıdır.• Vocal cord'lar, larengoskop kullanımı esnasında kolay belirlenebilmeli .• Eğitim maketinde şişebilen akciğer ve mide mevcut olmalıdır.• Maket ile birlikte Sert taşıma çantası, lubricant verilmelidir.• Üretimden kaynaklanan arıza ve deformasyonlara karşı en az iki yıllık garanti sunulmalıdır.• Maketle birlikte uygun blaydli larengoskop ET tüp ve kayganlaştırıcı verilmelidir.• İthalatçının veya üreticinin TSE hizmet yeterlik belgesi ile birlikte sanayi bakanlığından alınmış satış sonrası hizmet yeterlik belgesi bulunmalıdır.• Üreticinin CE belgesi bulunmalıdır.• İthalatçının temsilcilik belgesi bulunmalıdır.• Ürün ithal ise, ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.• Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır
----	--------------------------	---

16	Yetişkin temel yaşam desteği mankeni (Yarım beden)	<ul style="list-style-type: none">• 1. Yetişkin, erkek yarım beden gövdesi şeklinde olmalıdır.• Ambalajlı olarak yaklaşık (5-10 kg) ağırlığında olmalıdır.• Yüz ve göğüs yapısı silinebilir ve temizlenebilir ve değiştirilebilir olmalıdır.• Baş geriye, sağa ve sola hareket edebilmeli.• Oral ve nasal solunum ayır ayrı yapılabilmeli• Mankendeki göğüs yapısı, haricen uygulama noktasını seçebilmeye yarayan meme uçları ve ksifoid çıkıntı noktaları seçilebilecek özellikte• Gerçeğe yakın CPR (KAC-kalp akciğer canlandırması) simulasyonuna müsait olmalıdır.• Doğru kalp masajı yapıldığında batarya ile çalışan sesli uygunluk bildirimini veren düzeneği bulunmalıdır.• Suni solunum uygulaması sırasında hijyenik güvenliği sağlayabilmek için ağızdan verilen havanın geri gelmesini önleyebilen subap düzeni ve eğitim sırasında verilen havanın manken yapısı dışına tahliyesini sağlayan düzenek bulunmalıdır.• Hijyenik güvenliği sağlayabilmek için maske ile suni solunum yapılabilir ağız yapısında olmalıdır.• Mankenle birlikte en az bir adet yüz maskesi, en az bir adet yedek boyun derisi, 2 adet valflü soluk iletim borulu yedek akciğer balonu, 100 adet hijyenik suni solunum uygulama maskesi birlikte sunulmalıdır.• Mankenin karın bölgesi haricen eklenebilen ve de şişirilebilen şekilde karın dokusu yapısını simüle eden bir yapıda olmalıdır.• Mankenin üzerinde yıkanabilir, temizlenebilir estetik eşofman giysisi bulunmalıdır.• Eğitim uygulaması sırasında yere serilebilecek ve de üzerinde mankenle eğitim yapılabilecek şekilde içi sünger dokuda bulunan şiltesi ile birlikte sunulmalıdır.• PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.16. Manken sert dokuda malzemedan yapılmış taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.• Ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.• Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı
----	--	--

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

bölgeden sorumlu Türk Konsolosluđunca teyid ve tasdik edildiđine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır.

SONGÜR SAĐLIK VE EĐİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

17	Çocuk temel yaşam desteği mankeni	<ul style="list-style-type: none">• 1. Manken 4-6 yaş çocuk CPR uygulamasına göre geliştirilmiş olmalıdır.• PVC. Plastikten imal edilmiş olmalıdır.• Kollar omuzdan, bacaklar diz ve kalçadan anatomik şekilde hareket edebilir olmalıdır. Her tarafı temizlenebilir ve silinebilir özellikte olmalıdır.• Yüz yapısı plastik maske şeklinde kafaya monte edilebilir olmalı.• Göğüs yapısı, deri dokusuna yakın elastik yapıda plastikten olmalı, meme uçları fark edilebilir olmalıdır. Bu yapı, göğüs mekanizmasının üzerini kaplayabilmeli ve kolayca çıkarılıp takılabilmelidir.• Harici puarla karotid arter basıncı simülasyonu yapılmalıdır.• CPR uygulaması sırasında suni solunum için basınç ekstansiyonu gerçekleştirilmelidir. Baş sağa ve sola da dönebilmelidir.• Kalp masajı uygulaması için göğüsün özel olarak çöktürülmesi mekanizması bulunmalıdır.• Mankenin taşınma ve korunması için sert dokuda malzemedden yapılmış çantası bulunmalıdır.• Mankende kalp masajı ve suni solunum uygulamalarının doğruluğunu gösteren geribildirim monitörü bulunmalıdır.• Monitör kalp bası ritm hızı ile ilgili sesli uyarı vermelidir.• Monitör şehir cereyanı ile çalışabildiği gibi pille de çalışabilmelidir.• Mankenle birlikte en az bir adet yüz maskesi, en az bir adet yedek boyun derisi, 2 adet valflü soluk iletim borulu yedek akciğer balonu, 100 adet hijyenik suni solunum uygulama maskesi birlikte sunulmalıdır.• Mankenin üzerinde yıkanabilir, temizlenebilir estetik eşofman giysisi bulunmalıdır.• Eğitim uygulaması sırasında yere serilebilecek ve de üzerinde mankenle eğitim yapılabilecek şekilde içi sünger dokuda bulunan şiltesi ile birlikte sunulmalıdır.• PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.• Manken sert dokuda malzemedden yapılmış taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.• Ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.• Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır.
----	-----------------------------------	--

18	Bebek temel yaşam desteği mankeni	<ul style="list-style-type: none">1. Manken 0-1 yaş bebek CPR uygulamasına göre geliştirilmiş olmalıdır.Plastikten imal edilmiş olmalıdır.Her tarafı temizlenebilir ve silinebilir özellikte olmalıdır.Yüz yapısı, plastik maske şeklinde kafaya monte edilebilir olmalıGöğüs yapısı, deri dokusuna yakın esnek yapıda plastikten olmalı, meme uçları farkedilebilir ve göğüs mekanizmasının üzerini kaplayabilmeli ve kolayca çıkarılıp takılabilmelidir.Göğüs derisi altında özel olarak yapılandırılan göğüs kemiği ve bu yapının altında bulunan balonla verilen hava ile göğüsün inip kalkmasını sağlayan sistem bulunmalıdır.CPR uygulaması sırasında suni solunum için basınç ekansiyonu gerçekleştirilmelidir.Baş sağa ve sola dönebilmelidir.Kalp masajı uygulaması için göğüsün özel olarak çöktürülmesi mekanizması bulunmalıdır.CPR uygulamalarının uygunluğu, pille ve adaptör takıldığında şehir ceryanı ile çalışan ve vücuda bağlanan göstergeden izlenebilmelidir.Harici puarla hava verilebilen ve koltuk altından nabız alma düzeneği bulunmalıdırİki adet yedek yüz maskesi, ve iki adet ucunda akciğer hava balonu bağlı olan solunum borusu seti bulunmalıdır.Mankenin taşınma ve korunması için sert dokuda malzemeden yapılmış çantası bulunmalıdır.Manken taşıma çantası içinde uygulamada bebeğin altına battaniye amaçlı olarak serilebilecek olan örtü bulunmalıdır.İthalatçının Gümrük ve ticaret bakanlığından alınmış satış sonrası hizmet yeterlik belgesi bulunmalıdır.İthalatçının TSE kurumundan alınmış hizmet yeterlik belgesi bulunmalıdır.Ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır. Üreticinin İSO 9001 kalite belgesi bulunmalıdır.
19	İleri yaşam desteği mankeni (EKG ve Defibrilasyon simülatörlü)	<ul style="list-style-type: none">1. Manken, tam boy yetişkin erkek eğitim mankeni ve kullanım ekipmanlarından oluşmalıdır.Manken, CPR-ENTÜBASYON-EKG ve DEFİBRİLASYON EKG gibi ileri yaşam destek prosedürlerinin uygulaması için geliştirilmiş olmalıdır.Mankenin kalça ve bacakları ile kolları istenildiğinde çıkarılıp takılabilir olmalıdır.AHA'nın (Amerika Kalp Derneği) CPR ve ECC yönergesi doğrultusunda, ALS'nin (İleri Yaşam Desteği) İlk ve acil yardımda kapsamlı eğitim sağlayabilmelidir.Profesyonel sağlık çalışanı eğitiminde kullanılabilir olmalıdır.Simülatör, elektronik geri bildirimli ve süre belirleyici ve yazılımlı CPR geribildirim/ sisteminden oluşmalıdır.Mankenle birlikte dijital ekranlı ve yazılımlı geri bildirimli

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

	<ul style="list-style-type: none">monitör sistemi bulunmalıdır.Digital ekranlı monitör üzerinde entubasyon ve CPR uygulamaları performans geribildirim alınmalıdır.Monitör üzerinde pupiler dilatasyon kontrolü ve soluk yolu açıklığı kontrolü, sağ ve sol akciğer açıklığı ve kapalılığı kontrolü yapılabilir.Kardiyo pulmoner resussitasyon (CPR) endotrakeal entubasyon (ETE), IV girişim, elektrokardiografi (EKG) ve defibrilasyon (AED) uygulaması yapılabilir.Bu uygulamaların geri bildirim donatımları bulunmalıdır. Sayılan bu ALS (Advanced Life Support-İleri Yaşam Desteği) 'nin basit ve pratik uygulamasını sağlamalıdır.Entübasyon uygulaması yapılabilir, larengoskopun dişlere aşırı baskısında sesli geribildirim verebilir.Entubasyon uygulamasında monitörden doğruluk geribildirim alınabilir.Başarılı CPR uygulamasında pupiler refleks geribildirim verebilir.CPR uygulaması, istenildiğinde "eğitim/davranış geliştirme" ve "test" modlarında çalıştırılabilir.Maketin yanında simülatif EKG seti ve defibrilatör verilmelidir.Manken seti ile birlikte EKG ve defibrilasyon uygulama göğüs kaplaması verilmelidir.EKG ve Defibrilasyon uygulamasının yapılacağı göğüs kaplamasına bağlanabilen defibrilasyon konvertörü ve EKG problemlerinin bağlanabildiği EKG generatörü bulunmalıdır.EKG Generatörü üzerinden en az 10 ayrı EKG simülasyonu yapılabilir.Mankenin kolundan intravenöz enjeksiyon uygulaması ve infüzyon uygulaması yapılabilir.PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.Tam boy erkek manken olmalıdır.Anatomik hareketleri uygun olmalıdır.Resüsitasyon uygulaması sonucunda, uygulama performansı monitöründe bulunan bir yazıcıdan raporlanabilir.Ürünün satış sonrası destek hizmetlerinin etkili sunulabilmesi için, ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır. <p>Sistem; aşağıdaki ürünlerle birlikte sunulmalıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tamboy erkek manken2. LCD ekranlı geribildirim monitörü3. Digital ekranlı simülatif EKG ve defibrilasyon cihazı4. EKG ve AED uygulama göğüs kaplama mekanizması5. Suni solunum maskesi (100 adet)6. Yetişkin boyda resussitatör (ambu)7. Taşıma/koruma çantası
20	Intradermal ve <ul style="list-style-type: none">1. İntradermal enjeksiyon uygulama eğitim vermek için geliştirilmiş ön kol modeli olmalıdır. Veya önkola haricen

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

	Subcutan uygulama maketi	<p>takılmış üzerinde ID enjeksiyon uygulaması yapılan model şeklinde olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">• İntradermal enjeksiyon uygulama bölgelerinde enjeksiyon uygulandığında bül oluşumunu sergileyecek en az altı nokta bulunmalıdır.• PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.• Normal ön kol yapısındaki hissi verecek• yumuşaklıkta olmalıdır.• Maketle birlikte bir adet yedek kol derisi birlikte verilmelidir.• Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.• Ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.• Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır.
21	İntravenöz uygulama kol maketi	<ul style="list-style-type: none">• Maket, omuzdan itibaren yetişkin insan için geliştirilmiş sol koldan ibaret set halinde sunulmalıdır.• Maket derisi plastikten, iç dolgusu poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.• Maket, Periferik intravenöz terapi eğitimine yönelik üretilmiş olmalıdır.• En az 6 damar üzerinde IV girişim simülasyonu çalışılabilir. Bu damarlar, Vena cephalica, vena basilica, median cubital ven,, medial ant. Cubital ven, dorsal metakarpal ven, dir.• Deltoid kas IM enjeksiyon girişimi de yapılabilir. Deltoid kas bölgesi maketin içinden ayrıca çıkarılabilecek şekilde ve özellikte olmalıdır.• Kola sıvı giriş ve çıkışı sağlayan iki sıvı hattı ve kol içinde dolaşımı sağlayan kauçuk yapıda 8 kanalı bulunmalıdır.• Makete sıvı dolumu ve boşaltımı yapılabilir. Maketin sıvı giriş ve çıkışı içeride 8 kanalla kola dağılımalıdır.• İV. İnfüzyon ve enjeksiyon uygulanabilir.• Maketin derisi ve damarları değiştirilebilir şekilde olmalıdır.• Makete uygulanacak sıvı tedavisi uygulamasında sıvının asılabileceği stand set halinde verilmelidir.• Deltoid kas IM enjeksiyonuna müsait olmalı.• Deltoid kas enjeksiyon alanı derinin altından istenildiğinde çıkarılıp zerkedilen sıvı sıkılarak tahliye edilebilir• Maketin daha sonradan ayrıca temin edildiğinde deri ve damarları değiştirilebilir olmalı,• Maket seti sert, dayanıklı ve estetik bir taşıma çantası ile birlikte sunulmalıdır.• Üreticinin ISO 9001 : 2015 belgesi bulunmalı ve Teklifte birlikte sunulmalıdır• İthalatçının satış sonrası yeterlilik belgesi ile İSO Belgesi bulunmalıdır.• Ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.

		<ul style="list-style-type: none">Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır.
22	Intramüsküler enjeksiyon maketi (kalça)	<ul style="list-style-type: none">1. Gerçek boyutta yetişkin insan kalçası simule edilmelidir.Doğru enjeksiyon uygulama bölgesinin seçilebilmesi için sol tarafı transparan olmalıdır.Maketin arkadan bakıldığında transparan olan yapı içinden sol tarafında kemik sinir ve kas yapısı gözlenebilmelidir.Diğer tarafında enjeksiyon uygulaması yapılabilmelidir.Doğru İM enjeksiyon uygulama bölgesi palpasyonla seçilebilmelidir.Derinlik ve lokasyon doğruluk geribildirim düzeneği bulunmalıdır.Doğru ve yanlış uygulama ile ışıklı veya sesli geribildirim alınabilmelidir.PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.Geribildirim düzeneği pille çalışmalıdır.Set içinde IM enjeksiyon uygulama ekipmanları ile birlikte verilmelidir.Makete sıvı zerk edildiğinde, bu sıvının boşalacağı deşarj torbası bulunmalıdır.Sert dokulu taşıma ve koruma çantası ile sunulmalıdır.Ürün ithalatçısının, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belge bulunmalıdır.Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyid ve tasdik edildiğine dair noter onaylı suret ve Türkçe çeviri belgesi sunulmalıdır.
23	Larengeal maske	<ul style="list-style-type: none">Soluk yoluna larengoskopa gerek duyulmadan girişime uygun olarak soluk yolunun açılmasını sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.Üç ayrı boy olarak set halinde sunulmalıdır.Haricen şişirebilen kafli olmalıdır.Slikon ve plastikten üretilmiş olmalıdır.
24	Endotrakeal tüp (her boyuttan birer olmak üzere 6 lık set halinde)	<ul style="list-style-type: none">Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.15 mm konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.Kafli, oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.Düşük basınçlı Balonlu olmalıdır.Reinforced endotrakeal tüpün iç çapları 4.0 mm -8.5 mm arasında iç çap ebatlarda olmalıdır

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

25	Yüz maskesi	<ul style="list-style-type: none">• kauçuk- her boyuttan birer adet olmak üzere en az dördlü set halinde sunulmalıdır
26	Yüz maskesi	<ul style="list-style-type: none">• şeffaf- her boyuttan her boyuttan birer adet olmak üzere en az dördlük set halinde sunulmalıdır.
27	Stile	<ul style="list-style-type: none">• Endotrakeal uygulama için ET içine salınarak tüpe şekil verilmesine katkı sağlayan PVC plastik kaplanmış alüminyum rehber malzeme olarak geliştirilmiş olmalıdır.• Stileye elle şekil verilebilmeli,• Entübasyon tüpü ile kullanım halinde kendinden bükülmemeli,• steril edilebilmeli, her biri steril ambalaj içerisinde bulunmalı,• uçları dokuya zarar verebilecek özellikte olmamalı pürüzsüz-olmalıdır.• Pediatrik ve yetişkin boyları olmalıdır.• Değişik boylardan birer adet olmak üzere set halinde sunulmalıdır.
28	Maggil pensi	<ul style="list-style-type: none">• pasanmaz çelik olmalıdır.• 20-25 cm uzunluğunda olmalıdır.• Ergonomik olmalıdır
29	Basit yüz maskesi (50'lik Paket)	<ul style="list-style-type: none">• 50 lik kutular halinde sunulmalıdır• Kulağa lastikleriyle bağlanmalıdır.• Enine katlı düzenekli olmalıdır.• Elyaf veya pamuklu kumaştan imal edilmiş olmalıdır• Kenarları biyeli veya ısı olarak bastırılmış olmalıdır.• Ortam havasından bulaşabilecek enfektif ajanlara karşı hijyenik koruma ve korunma amaçlı olarak üretilmiş olmalıdır.
30	Ventüri maske	<ul style="list-style-type: none">• Maske ağız burun ve yüz yapısına uyum sağlayacak bir düzenekte olmalıdır.• Maskenin her iki yanında CO2 çıkışı için tahliye delikleri bulunmalıdır.• İçinde oksijen iletim sisteminin bulunduğu hortum seti bulunmalıdır.• İçinde çeşitli oranlarda oksijen ayarlama düzeneği bulunmalıdır.
31	Nazal kanül	<ul style="list-style-type: none">• Maske ağız burun ve yüz yapısına uyum sağlayacak bir düzenekte olmalıdır.• Maskenin her iki yanında CO2 çıkışı için tahliye delikleri bulunmalıdır.• İçinde oksijen iletim sisteminin bulunduğu hortum seti bulunmalıdır.• İçinde çeşitli oranlarda oksijen ayarlama düzeneği bulunmalıdır.
32	Aspirasyon sondası	<ul style="list-style-type: none">• Seffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC' den üretilmiş olmalı• Yüzeyi girişi kolaylaştırıcı sağlamalı , bükülmeyle onleyen uygun sertlikte olmalı• Travma oluşturmayan yuvarlatılmış aylık distal uç, doku emilmesini onleyen çapraz iki yan deliği olmalı• Numaralan kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

		<p>olmalı ve standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektör e tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 55±5 em. olmalı</p> <ul style="list-style-type: none">• Katater endotrakeal tiip içerisinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmeli• Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalı• Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı• En az altı değişik boyda set halinde sunulmalıdır.
33	Nazogastrik sonda	<ul style="list-style-type: none">• 1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.• Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.• Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az üç delik olmalıdır.• Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.• Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalıdır.• Renk kodlu olmalıdır.• Temiz tekli paketlerde ambalajlanmış olmalıdır• En az 5 değişik boyda set halinde sunulmalıdır.
34	Turnike kauçuk	<ul style="list-style-type: none">• yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 3 cm eninde olmalı,• kaygan olmamalı• farkedilebilir renkli olmalı• kauçuk dokuda esnek olmalı
35	Başaltı destek simiti	<ul style="list-style-type: none">• içi jel, dışı seffaf plastik dokuda olmalı• başın serbest nareketini engelliyici yapıda olmalı,• yetişkin boyutta olmalı
36	Kol destek aparatı	<ul style="list-style-type: none">• Tekstil malzemeden imal edilmiş olmalıdır.• Hastanın kolunu boynuna sabitleyerek stabilitesini sağlamalıdır.• yükseklik ayar bandı bulunmalıdır.• Lacivert veya siyah gibi Koyu renkli olmalıdır.• Kolun ağırlığının enseye veya boyuna baskı yapmasını önleyecek şekilde yastık desteği bulunmalıdır
37	Portatif serum askısı	<ul style="list-style-type: none">• Çelik profilden imal edilmiş olmalı,• Paslanmaz metal veya Statik beyaz boya ile boyanmış olmalı• Birbirine teleskokobik geçişle yüksekliği ayarlanabilmeli,• Serum askı kancaları paslanmaz çelik olmalı• Taşıma kolaylığı için en az 4'lü veya beşli tekerlek sistemi bulunmalıdır.
38	Tıbbi atık kutusu (20 lt)	<ul style="list-style-type: none">• Pedallı olmalı, yaklaşık 30 lt hacminde olmalıdır.• Çelik imal edilmiş olmalıdır.• Harici dezenfektanlarla kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.• Üzerinde tıbbi atıklara mahsus olduğunu belirten özel işareti bulunmalıdır.• Yaklaşık 20-30 lt hacimli olmalıdır.• Kapak sistemi özel nitelikli çöp torbası yerleştirmeye uygun olmalıdır.
39	Aspirasyon sondası	<ul style="list-style-type: none">• 1. Seffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC' den üretilmiş olmalı• Yüzeyi girişi kolaylaştırıcı sağlamalı , bukulmeyi onleyen uygun sertlikte olmalı• Travma oluşturmayan yuvarlatılmış aylk distal uç, doku

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK MEDİKAL DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLK BAHAR MH. MEDİNE MÜDAFİİ CD. (Eski 609. Sk) NO 56 ORAN/ÇANKAYA – ANKARA
TEL; 0312.4282864-65 FAKS; 0312.4282836 – Mobil ; 0505.7891682-87
www.songurticaret.com songur@songurticaret.com

		<p>emilmesini onleyen çapraz iki yan deliği olmalı</p> <ul style="list-style-type: none">• Numaralan kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalı ve standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektör e tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 55±5 em. olmalı• Katater endotrakeal tiip içerisinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmeli• Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalı• Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı• En az altı değişik boyda set halinde sunulmalıdır.
40	Nazogastrik sonda	<ul style="list-style-type: none">• 1. Materyali dokuya zarar vermeyecek poliüretan transparan olmalıdır.• Konnektörü funnel tip olmalıdır.• Ucu düz olmalı ve üzerinde dört adet eliptik göz bulunmalıdır.• Değişik renk kodları ile çeşitli kalınlıkta (no:10-12-14-16) temin edilebilmelidir.• Steril tek tek paketlenmiş ve üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
41	Sargı uygulama eğitimi sarf seti	<ul style="list-style-type: none">• Plastik koruma kutusu içinde olmalı• Aşağıdaki içerikteki malzemeler bulunmalı <p>Rulo sargı bezi 15 cm X 2-3 m uzunluğunda 10 adet, 10cm X 2-3 m uzunluğunda 10 adet, 5cm X 2-3 m uzunluğunda 10 adet, Elastik bandaj 6 cm X 1,5 m 5 adet 10cm X 1,5 m 5 adet 15 cm X 1,5 m 5 adet Steril Sargı bezi en az 5x5 cm boyutlarında beşli paketler halinde 20 adet Flaster 5. cm X 5 m lik 2 adet Üçgen sargı (10 adet) Makas seti (düz, eğiri, bandaj birer adet çelik imalat) Çelik pens – penset –cımbız (birer adet) Pamuk (1 kg)</p>
42	Enjeksiyon uygulama eğitimi sarf seti	<ul style="list-style-type: none">• Koruma ve taşıma kutusu içinde sunulacak malzeme listesi aşağıdaki içermelidir. Enjektör 20 cc. bir kutu (100 adet), Enjektör 10 cc. bir kutu (150 adet), Enjektör 5 cc. bir kutu (200 adet), Enjektör 2 cc. bir kutu (300 adet), Vacutainer 1 bir kutu (100 adet) Branül (intraket) 20-22-24 (20 şer adet set halinde) Turnike (otomatik) 5 adet Enjeksiyon stiribi (1 kutu) Distile su veya serum fizyolojik 5-10 cc ampullerde100 adet