

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																			
1	Kadın Hayatının Dönemleri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
2	Ovülasyon Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
3	Menstrual Siklus Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
4	Gebelik Fizyolojisi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
5	Fetüs Fizyolojisi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
6	Embriyonun Gelişimi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
7	Fetal Dolaşım Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
8	Fundus Yüksekliği Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
9	Leopold Manevraları Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
10	Plasenta Previa Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
11	Ablasyo Plasenta Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																			
12	Abortus Çeşitleri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
13	Dış Gebelik Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
14	Mol Gebelik Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
15	Çoğul Gebelik Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
16	Habitus Anomalileri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
17	Geliş Anomalileri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
18	Pelvis Anomalileri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
19	Fetüs Anomalileri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
20	Uterus Rüptürü Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
21	Doğum Yolu Anomalileri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
22	Atoni Kanamasını Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																			
23	APGAR Skalası Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
24	Cinsel Yolla Bulaşan Genital Akıntıyla seyreden Hastalıklar Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
25	Cinsel Yolla Bulaşan Genital Ülserle Seyreden Hastalıklar Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
26	Cinsel Yolla Bulaşan Genital Siğil İle Seyreden Hastalıklar Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
27	Aile Planlaması Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
28	Büyüme Gelişme Persentil Tablosu	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
29	Uterusun Subinvolyonunu ve İnversiyonunu Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
30	Neonatal Resüsitasyon Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
31	Bebek Emzirme Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
32	Laktasyon (Süt Salgılama) Fiziyojisi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
33	Doğum sonu egzersizleri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No			Taşınırın Adı			Genel Özellikler			DAL											Toplam (Adet)			
									ALAN ORTAK (10.Sınıf)				Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği				
									Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı		Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																							
34	Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
35	Pişikle İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
36	İsilikle İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
37	Pamukçukla İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
38	Konakla İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
39	Püstüler Melanozis, Eritema Toksikum Neonatorumla İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
40	Konjoktivitle İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.							1		1	1			1	1			1	3			
41	Vücudun Anatomik Bölümlerini Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1				1												1			
42	Anatomik Eksen ve Düzlemleri Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1				1												1			
43	Hücre ve Yapısı Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1				1												1			
44	Mitoz ve Mayoz Bölünme Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1				1												1			

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği					
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																			
45	Epitelyum Doku Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1												1
46	Destek Doku Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1												1
47	Kas Doku Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı, çift yüzü, kas sistemini biri tüm vücut olmak üzere 11 şekil üzerinde göstermelidir.		1			1												1
48	Sinir Doku Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1												1
49	İskelet Sistemi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı, çift yüzü, insan vücudundaki tüm kemiklerin tek tek isimlerini ve oluşturdukları sistemleri ayrıntılı olarak göstermelidir.		1			1												1
50	Uzun Kemiğin Yapısını Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1												1
51	Oynar, Oynamaz Eklem ve Yarı Oynar Eklem Çeşitlerini Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1												1
52	Oynar Eklem Hareketlerini Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1												1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği			Toplam (Adet)			
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı			Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																			
53	Sinir Sistemi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı, çift yüzllü, sinir hücreсі, beyin, omurilik soğanı ve tüm vücuttaki sinir sistemini detaylı olarak göstermelidir.		1			1												1
54	Beyin Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
55	Omurilik Sinirleri (Spinal Sinirler) Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
56	Otonom Sinirlerin İç Organlar Üzerine Etkilerini Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
57	Endokrin sistem Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
58	Kan Hücreleri Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
59	Pıhtılaşma Mekanizmasını Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
60	Dolaşım Sistemi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
61	Kalbin Uyarı ve İleti Sistemini Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1
62	İnsan Vücutundaki Büyük Arterleri Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL										Toplam (Adet)			
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği					Toplam (Adet)		
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı			Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
63	İnsan Vücudundaki Büyük Venleri Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
64	Büyük ve Küçük Dolaşımı gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
65	Portal Dolaşım Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
66	Plesantal Dolaşım Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
67	Lenfatik Dolaşım Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
68	Solunum Sistemi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
69	Yutak ve Gırtlak Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
70	Sindirim Sistemi Organları ve Sindirime Yardımcı Bezleri Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı, çift yüzlü, ağız ve diş yapısını ve sindirim sistemindeki tüm organları detaylı olarak göstermelidir.		1			1													1
71	Bebeklerde Diş Gelişim Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1
72	Diş Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefyon kaplı, çitalı olmalıdır.		1			1													1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
73	Ürüler Sistem Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
74	Nefronun Yapısını Gösteren Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
75	Kadın Üreme Sistemi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
76	Fetus Gelişim Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
77	Menstrual Siklus Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
78	Gebelik ve Doğum Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
79	Erkek Üreme Sistemi Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
80	Yenidoğan Aknesiyle İlgili Eğitim Plakası	Levha 70x100 cm boyutunda, kuşe kâğıda basılı, iki yüzü sefona kaplı, çitallı olmalıdır.		1			1												1	
81	Havlu	50x70cm boyutlarında, yüksek su emiciliğine sahip olmalıdır.	1				1	1		1	1			1	1			1	2	5
82	Hemşire Göz Lem Formu	1 top olmalıdır.	1			1	2	1		1	1			1	1	1		1	3	7
83	Hemşire Gözlem Kâğıdı		5				5			0										5
84	İdrar Örneği Alma Torbası	Kız çocuk için ve tek kullanımlık olmalıdır.	100				100	100		100	100		100	200	100			100	200	600
85	İdrar Örneği Alma Torbası	Erkek çocukta için tek kullanımlık olmalıdır.	100				100	100		100	100		100	200	100			100	200	600

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşımının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
86	İdrar Torbası	Tek kullanımlık, 2000 ml'lik PVC malzemeli, musluklu, geri dönüşü engelleme valfli olmalıdır.	10				10	10		10	10		10	20	10			10	20	60
87	İdrar Torbası	Altan boşaltmalı 200 ml'lik olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	10	5			5	10	30
88	İdrar Torbası Askısı	Askısı metal olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1			3	4	10
89	İlaç Bölücü		1				1	1		1	1		1	1					1	4
90	İlaç Ezme ve Bölme Aleti	100 mm çaplı porselen havan olmalıdır.						1		1	1		1	1	1				2	4
91	İlaç Tablet Ezici		1				1	1		1	1		1	1					1	4
92	İlk Yardım Battanisi	Taşıma amaçlı, çift kişilik, kenarları biyeli olmalıdır.				1	1													1
93	İlk Yardım Çantası	İçi malzeme ile donatılmış, 50x35x30 cm boyutlarında olmalıdır.				1	1													1
94	İnsilün Enjektörü	100'lük kutuda olmalıdır.	1				1													1
95	İntraket	Enjeksiyon portlu 18,20,22,24,26 numara yeşil, mavi, pembe, sarı, morrenkli olmalıdır.	100				100	100		100	100		100	200	100	100		100	300	700
96	Jel	NST, EKG, ultrason için ve 1000 ml, şeffaf olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1	1		1	3	7
97	Jinekolojik Anamnez Formu	1 top olmalıdır.						1		1	1		1	1					1	3
98	K Vitamini	10 mg'lık 5 ampulluk kutularda olmalıdır.						5		5	5		5	5					5	15
99	Kan Alma Tüpü															100			100	100
100	Kan Transfüzyon Seti	150 cm hortum uzunluğunda hava girişsiz, delme uçu, roller damla ayarlayıcı olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	10	5			5	10	30
101	Kapaklı Küvet	23x32x5 cm boyutlarında paslanmaz çelikten olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşımının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL											Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
102	Kapaksız Küvet	27x41x4 cm boyutlarında paslanmaz çelikten olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6
103	Kaşık	18/10 krom nikel olmalıdır.	6				6	6		6	6		6	6					6	24
104	Kelebek Seti	Renk kotlu yumuşak bükülmeye dirençli hortumlu olmalıdır.	10				10	10		10	10		10	20	10			10	20	60
105	Kırık Çıkık Tespit Tahtası	Farklı boyutlarda olmalıdır.				1	1													1
106	Kimlik Bilekliği		35				35	34		34	34		34	68	34			34	68	205
107	Kişisel Bakım Seti		1				1													1
108	Kolostomi Seti	Non toksik, non iritan, cildi tahriş etmeyen, antialerjik olmalıdır.	5				5						5	5				5	5	15
109	Kompresyon Çorabı	Orta basınç ayarlı olmalıdır.						1		1	1		1	2	1			1	2	5
110	Koruyucu Önlük	50x100 cml'ik tek kullanımlık olmalıdır.	1				1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	10
111	Krem Vazelin		1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6
112	Kum Torbası	1 kg ağırlığında, kumaş kaplı olmalıdır.						1		1	1		1	2	1			1	2	5
113	Lam	20X20 boyutlarında, 100 adetlik kutuda ve 1/4 buzlu rodajlı cam olmalıdır.															20		20	20
114	Lamel	100 adetlik kutuda olmalıdır.														30			30	30
115	Larengeal Maske Airway	Non toksik, non iritan, cildi tahriş etmeyen,antialerjik olmalıdır.											3	3				3	3	6
116	Lavman Seti	PVC torba, 1750 ml ölçekli, asma bantlı, jel kaplı, diren uçlu olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	10	5			5	10	30
117	Lazımlık	Plastik, kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.						1		1	1		1	1	1				1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)	
Sıra No	Taşıyıcının Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																					
118	Likit Vazelin		1				1			1	1		1	2	1			1	2	6	
119	Maske	Tek kullanımlık ve 100'lük paketlerde olmalıdır	100			100	200	100	100	200	100	100	100	300	100	100	100	100	400	1100	
120	Maşrapa	1,5 litrelik plastik malzemeden olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6	
121	Meterjin	1 ml'lik ampul hâlinde olmalıdır.						5		5	5			5	5				5	15	
122	Mezür	100 cc olmalıdır.															15		15	15	
123	Mezür	500 cc olmalıdır.															15		15	15	
124	Mezür	1000 cc olmalıdır.															15		15	15	
125	Muayene Masa Örtüsü Askısı	Sert plastikten imal edilmiş, genişliği ayalanabilir olmalıdır	1				1	1		1	1			1	1				1	4	
126	Muayene Masası	65x185x75 cm ölçülerinde olmalıdır.	1				1	1		1	1			1	1				1	4	
127	Muayene Örtüsü	Tek kullanımlık, sızdırmaz, 50 cmx50 m boyutlarında olmalıdır.	1			1	2	1		1	1		1	2	1	1		1	3	8	
128	Nazal Kanül	PVC, 2 m boyunda olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	10	5			5	10	30	
129	Nazogastrik Sonda	Tek kullanımlık, 6,8,10,13,14,16,18,30 numaralarda birer adet olmalıdır.	1	1			2													2	
130	Nelaton Sonda	100'lük kutularda, büküldüğünde kırılmayan, kanamaya neden olmayan sertlikte ve rotasyonel hareketleri rahat yapabilir, non toksik ve apirojenik özellikte, PVC, oral ve nazal kullanıma uygun özelliklerde olmalıdır.	1	1			2													2	
131	Non Steril Pudrasız Eldiven	Tek kullanımlık ve 100'lük paketlerde olmalıdır.	100			100	200	100	100	200	100	100	100	300	100	100	100	100	400	1100	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL										Toplam (Adet)			
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
							Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	
Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet		
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
132	Norplant	Progesteron içeren ince ve yumuşak 6 kapsül özelliğinde olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3	
133	Oksitosin	1 ml'lik 5 ampullük kutularda olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3	
134	Oral Kontraseptif	21 tabletlik kutu şeklinde olmalıdır.						5		5	5			5	5			5	15	
135	ORS Paketi	1 kutu olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3	
136	Ördek	Plastik olmalıdır.	5				5												5	
137	Pamuk	1 kg'lık paketlerde hidrofilik özellikte olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13
138	Pamuk Liyofilize	Nem tutmayan olmalıdır.														4			4	4
139	Pansuman Pedi	15 x 20 cm boyutlarında, steril olmalıdır.	10				10	10		10	10		10	20	10			10	20	60
140	Pansuman Pedi	10 x 15 cm boyutlarında, steril olmalıdır.	10				10	10		10	10		10	20	10			10	20	60
141	Perine Yıkama Solüsyonu	3 litrelik olmalıdır.						2		2	2			2	2			2	6	
142	Periton Diyaliz Seti	Çocuk için PVC, non toksik ve non iritan özellikte olmalıdır.	2				2												2	
143	Periton Diyaliz Seti	Yetişkin için PVC, non toksik ve non iritan özellikte olmalıdır.	2				2												2	
144	Pijama Takımı	Açık renkte, pamuklu kumaştan olmalıdır.	2				2	2		2	2			2	2			2	8	
145	Pike	Açık renkli pamuklu kumaş, tek kişilik olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	10	5			5	10	30
146	Pipet	0.1cc özellikte olmalıdır.														40			40	40
147	Pipet	1 cc özellikte olmalıdır.														40			40	40
148	Pipet	5 cc özellikte olmalıdır.														40			40	40
149	Pipet	10 cc özellikte olmalıdır.														40			40	40
150	Pipet Otomatik	100-1000 mm arası ayarlanabilir olmalıdır.														15			15	15

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşımının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet		
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
151	Pipet Otomatik	10-100 mm arası ayarlanabilir olmalıdır.																15	15	
152	Pişik Kremi		1				1		1			1	2	1				1	2	6
153	Prezervatif	İnce kauçuktan yapılmış olmalıdır.							5		5	5		5	5				5	15
154	Puar																40		40	40
155	Rahim İçi Araç (RİA)	Bakır içeren T şeklinde olmalıdır.							5		5	5		5	5				5	15
156	Rondel Sargı	Kendiliğinden yapışan, hipoalerjenik hava geçişi sağlayan steril tek kullanımlık ve 100 adet olmalıdır.	1			1	2						1	1				1	1	4
157	Santral Venöz Katater Seti (Yetişkin)	Çok lümenli olmalıdır.	3				3		3		3		3	6	3			3	6	18
158	Sargı Bezi	5 cm x 150 cm olmalıdır.	5			20	25													25
159	Sargı Bezi	7 cm x 150 cm olmalıdır.	5			20	25													25
160	Sargı Bezi	10 cm x 150 cm olmalıdır.	5			20	25													25
161	Sargı Bezi	15 cm x 150 cm olmalıdır.	5			20	25													25
162	Sedimantasyon Pipeti (Westergren)																4		4	4
163	Serum Fizyolojik Ampul	5 cc' lik ampul şeklinde olmalıdır.							1		1		1	1					1	3
164	Serum Seti	Steril edilmiş, tekli poşetlerde olmalıdır.	34				34		34		34		34	68	34			34	68	204
165	Sıcak - Soğuk Jel Kompres	13x27cm boyutlarında, mikrodalga da ısıtılabilir ve buzdolabında dondurulabilir olmalıdır.	5			5	10		5		5		5	10	5			5	10	35
166	Sitoloji İçin Kültür Kabı	1 düzine olmalıdır.							10		10		10	10					10	30
167	Smear Fırçası	Non steril olmalıdır.							10		10		10	10					10	30
168	Smear Fırçası	Steril olmalıdır.							10		10		10	10					10	30
169	Smear Taşıma Kabı	İki lamli olmalıdır.							10		10		10	10					10	30
170	Steril Cerrahi Örtü	60x 60 cm'lik, delikli ve steril olmalıdır.	5			5	10		5	5	10		5	15	5	5	5	5	20	55

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL											Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
							Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)	
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
171	Steril Damla Ayar Seti	Steril, tek kullanımlık Y- portlu hassas ve sabik akış hızı ayarlanabilir 400 adetlik kutularda olmalıdır.	1			1	1		1	1		1	2	1			1	2	6	
172	Steril Eldiven	Tek kullanımlık ve bir kutu olmalıdır.	100			100	200	100	100	200	100	100	100	300	100	100	100	100	400	1100
173	Steril İdrar Numune Kabı															200		200	200	
174	Steril Spanç Paketi	5x5 cm'lik, 4 katlı 50'lik paketli olmalıdır.	50			50	100	50		50	50		50	50	50		50	150	350	
175	Steriliteyi Sürdüren Örtüsü														10			10	10	
176	Sterilizasyon Kâğıt Paketleme Malzemesi														20			20	20	
177	Sterilizasyon Konteynırı	Steriliteyi uzun süre koruma özelliğine sahip olmalıdır.													4			4	4	
178	Sterilizasyon Kumaş Paketleme Örtüsü														10			10	10	
179	Sterilizasyon Maruziyet Kontrol İndikatör Bandı	121 °C'de 25 dakika bekletilmekle tepkime verir olmalıdır.													10			10	10	
180	Su Kovası	10 litrelik plastik malzemeden olmalıdır.	1				1				1		2	1			1	2	5	
181	Suni Tenefüs Maskesi	Tek kullanımlık, 100 adetlik kutu olmalıdır.				1	1												1	
182	Süppor	Tüp taşıyıcı özellikte olmalıdır.													15			15	15	
183	Sürgü	Plastik olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	5				5	20	
184	Şeffaf Muayene Eldiveni	Tek kullanımlık, 100'lük paketlerde olmalıdır.	100			100	200	100	100	200	100	100	100	300	100	100	100	100	400	1100
185	Şişme Atel Seti	8 parça, hava kaçışını engelleyecek şekilde suboplu, kolay taşınabilir çanta içinde olmalıdır.				1	1												1	
186	Termofor	2 litrelik olmalıdır.	2				2	2		2	2		2	2				2	8	
187	Tespit Tahtası	Polietilen köpük sünger, kumaş kaplama, steril edilebilir olmalıdır.	5			25	30	5		5	5		5	10	5		5	10	55	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL													Toplam (Adet)
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)		
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																					
188	Tıbbi Atık Çöp Kovası	Tıbbi Atık Yönetmeliği'ne uygun, plastik, 12 litrelik olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
189	Tıraş Seti		1				1													1	
190	Tırnak Fırçası							1		1	1			1	1					1	
191	Tırnak Makası	Kesilmiş tırnağı içinde biriktir özellikte olmalıdır.	1				1	1		1	1			1	1					1	
192	Turnike Lateks	1 metre olmalıdır.	2			2	4	2		2	2		2	4	2	2			2	6	
193	Turnusol Kâğıdı	Defter şeklinde olmalıdır.						5		5	5			5	5	5				10	
194	Tüp Vakumlu Cam															100				100	
195	Üç Yollu Musluk	Steril olmalıdır.	34				34	34		34	34		34	68	34				34	68	
196	Üçgen Sargı	1x1 m boyutlarında beyaz Amerikan bezinden olmalıdır.				25	25													25	
197	Ürostomi Seti	Non toksik, non iritan, cildi tahriş etmeyen,antiallerjik olmalıdır.	5				5						5	5					5	5	
198	Vacutainer Hemogram Tüpü															100				100	
199	Vacutainer Kuru Tüp															100				100	
200	Vacutainer Sedim Tüpü															100				100	
201	Vakumlu Kan Alma Tüpü	100x13 mm jelli olmalıdır.														100				100	
202	Vakumlu Kan Alma Tüpü	100X16 mm jelli olmalıdır.														100				100	
203	Vakutenir															34				34	
204	Yastık ve Kılıfı	Anti allerjik, yumuşak orta yükseklikte, yıkanabilir olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1				3	4	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşımının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)
TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)																				
205	Yatak Çarşafı	Açık renkli pamuklu kumaş, tek kişilik leke tutmayan özellikte olmalıdır.	5				5	5		5	5		5	10	5			5	10	30
206	Yatak Koruyucu Örtü	1x2 m boyutlu, su geçirmez temizlenebilen, çok kullanımlık olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6
207	Yemek Tepsisi	Çelik tabldot tepsisi olmalıdır.	1				1													1
208	Yenidoğan Bebek Kıyafet Seti	İnce pamuklu yumuşak kumaştan olmalıdır.						1		1	1		1	1					1	3
209	Yetişkin İçin Gecelik	Açık renkte, pamuklu kumaştan olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1			3	4	10
210	Yıkama Küveti	Yatak üstüne konulabilecek 20 cm çaplı paslanmaz özellikte olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	1					1	4
211	Baş ve Beden Çevresi Ölçüm Mezürü	Rahat takılabilir, klips sabitleme özelliği mm aralıklı 150 cm uzunluğunda olmalıdır.									1		1	1					1	2
212	Disposbl Vajinal Spekulüm	Steril tekli paketlerde, vidalı modelli olmalıdır.						10		10	0		10	10					10	30
213	Kulaktan Ölçer Derece Yedekleri	Tek kullanımlık 40'lık paketlerde olmalıdır.	1				1	1		1	0	1	2	1				1	2	6
214	Trakeostomi Kanülleri	PORTEX SOFT-iç kanüllü,kaflı,tek kullanımlık, steril, özelliklerde yetişkin için olmalıdır.									0	0	1	1				1	1	2
215	Endotrakeal Tüp	Kafli ve kafsız 7,5,8 numaralı olmalıdır.											10	10				10	10	20
216	Otoklav Kirli Malzeme Poşeti															10			10	10
217	Ayak Splintleri	Non toksik, non iritan, cildi tahriş etmeyen, antiallerjik olmalıdır.	1				1						1	1				1	1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)	
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																					
1	Acil Cerrahi Seti	10 parça alet ve set çantası(makas eğri, bistüri Sapı No:4, penset düz, hemoastatik pens, portegü, bandaj makası 14 cm, penset dişli, diseksiyon makası,5 adet bistüri ucu, 2 poşet 3 /0 ipek iplik) olmalıdır.	1				1											1	1	2	
2	Alez	Anti allerjik, su geçirmez, yüksek ısıda yıkanmaya dayanıklı kumaştan yapılmış olmalıdır.	1				1	1		1			3	4	1				3	4	10
3	Ambu Seti	Yetişkinler için PVC, tek kullanımlık, bir adet maske, bir adet oksijen hortumu, bir adet balon rezervuar, 2 adet havayolu, hacmi 1500 ml kapasiteli suni solunum aleti olmalıdır.	1			1	2				1		1	2	1				1	2	6
4	Ambu Seti	Çocuklar için PVC, tek kullanımlık, bir adet maske, bir adet oksijen hortumu, bir adet balon rezervuar, iki adet havayolu, hacmi 350/550 ml kapasiteli suni solunum aleti olmalıdır.	1			1	2				1		1	2	1				1	2	6
5	Ameliyat Masası	Tüm cerrahi operasyonlara uyumlu, mobil, elektrik yalıtımlı, topraklama koruması olan, ergonomik özelliklerde olmalıdır.											1	1					1	1	2
6	Ameliyathane Lambası	50-100 bin lüks(lux) aydınlatma olmalıdır.											1	1					1	1	2
7	Ana Sedyeye	Üst kısmı ayrılabilir özellikte olmalıdır.											1	1					1	1	2
8	Anestezi Malzeme ve El Yıkama Ünitesi	Çelik, paslanmaz, üç bölmeli, musluklar ve yıkama sınırları sensörlü antibakteriyel özellikte olmalıdır.											1	1					1	1	2
9	Anestezi Cihazı	Temel gaz kaynağı ve yedek gaz kaynaklarına bağlantı manometre ve basınç düşürücü valfleri bulunan, kompakt ve ergonomik olmalıdır.											1	1					1	1	2

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)										
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği															
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)									
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																													
10	Anestezi İlaç Hazırlama Masası	Çelik, paslanmaz, tekerlekli, çekmeceli, antibakteriyel özellikte olmalıdır.																	1	1					1	1	2		
11	Anesteziye Yoğun Bakım İlaç Dolabı	Çelik, paslanmaz, çekmeceli, antibakteriyel özellikte üst dolap kapakları camlı ve ayarlanabilir raflı,altdolap çift kapaklı olmalıdır.																		1	1					1	1	2	
12	Anestezi-Yoğun Bakım Malzeme Dolabı	Çelik, paslanmaz, çekmeceli, antibakteriyel özellikte üst dolap kapakları camlı ve ayarlanabilir raflı, altdolap çift kapaklı olmalıdır.																			1	1					1	1	2
13	Anne Sütü Saklama Kabı	Akıtırmaz çevirmeli kapak, buzdolabında / dondurucuda kullanıma uygun, 10*180 ml olmalıdır.						1		1	1											1	1					1	3
14	Aspiratör	Yoğun bakım ünitesinde ya da hasta başında kullanılan ve hareketli olmalıdır.	1				1	1		1	1			1	2	1									1	2	6		
15	Ayaklı Muayene Lambası	Spiralli hareketli, normal ampullü, tekerlekli ,ayarlanabilir olmalıdır.	1				1				1			1	2	1									1	2	5		
16	Baskül	Mekanik boy ölçerli terazi olmalıdır.	1				1				1			1	2	1									1	2	5		
17	Bebek Alt Değiştirme Masası	50 x 80 x 90 cm (en az 5 cm minderli, vinleks döşemeli olmalıdır.						1		1	1				1	1											1	3	
18	Bebek Aspiratörü	Yoğun bakım ünitesinde ya da hasta başında kullanılan ve hareketli , vakum gücü düşük olmalıdır.						1		1	1				1	1											1	3	
19	Bebek Boy Ölçme Çubuğu	Ayarlanabilir kaydırma çubuğu olmalıdır.						1		1	1				1	1											1	3	
20	Bebek Kodu (Karyolası)	Boyutlar en=45 boy=75 yükseklik=90 cm olmalıdır.						1		1	1				1	1											1	3	
21	Bebek Tansiyon Aleti	Manşonu ayarlanabilir, yapışkanlı olmalıdır.						1		1	1			1	2	1									1	2	5		
22	Bebek Tartısı (Baskülü)	Dijital göstergeli olmalıdır.						1		1	1				1	1											1	3	
23	Bebek Yatağı	Anti alerjik, terletmeyen 45x90x18cm boyutlarında olmalıdır.						1		1	1				1	1											1	3	
24	Su Banyosu (Benmari)	Su sirkülasyonlu olmalıdır.(soğutuculu ve kaynatmalı)																								1		1	1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği				
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																		
25	Beyin Maketi	PVC malzemeden yapılmış, birbirinden ayrılabilen ve en az 8 parçalı olmalıdır.		1			1										1	
26	Bili Battaniye	Yumuşak, kıvrılabilen ve esnek fiberoptik malzemeden olmalıdır.						1		1	1			1	1		3	
27	Binoküler Mikroskop													6			6	
28	Boyama Küveti	24 lam kapasiteli metal olmalıdır.												1			1	
29	Boyama Sehpa	24 lam kapasiteli metal olmalıdır												1			1	
30	Böbrek Kesiti Modeli	2 kat büyütülmüş ve enine kesitle 2 parçaya bölünebilen, PVC malzemeden bir kaideye monte edilmiş, renal hilusu, böbrek kan damarlarını, ureteri, böbrek renal pelvisi gösteren olmalıdır.		1			1										1	
31	Bunzenbek													6			6	
32	Burun Modeli	Dış burun, burun boşluğu, paranasal sinüsleri gösteren, 2 kat büyütülmüş, PVC malzemeden yapılmış ve bir kaide üzerine monte edilmiş olmalıdır.		1			1										1	
33	Cerrahi Set	Makas düz, mosquito eğri, makas eğri, bistüri sapı, portegü, hemostatik pens, dişli penset, 7 adet cerrahi aletten oluşan orijinal taşıma çantası ile birlikte sunulan set olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1		6	
34	Çeker Ocak														1		1	
35	Çiftli Port Küvet	Elektrostatik boyda, 68x38x45 cm ölçülerinde tekerlekli olmalıdır.						1		1	1			1	1		3	
36	Çocuk CPR Mankeni	Manken, yumuşak taşıma çantası ile birlikte gerçek ölçülerde, tam boy ve 3 yaş çocuk anatomisine uygun, gerçek deri hassasiyetinde, sıhhi ve tek parça ayrılabilir ağız-burun parçasına sahip, havayolu tıkanıklığını gösteren bir valf sistemi olmalıdır.				1	1										1	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																				
37	Çok Fonksiyonlu Hasta Bakım Mankeni	Normal insan boyunda ve yaşayan canlı yapısında, değiştirilebilir erkek ve kadın genital organları, hareketli eklemler, eklem sertliği simülasyonu, gövde önu fleksiyonu vb. fonksiyonları olmalıdır. Ayrıca tekerlekli sandalyeye oturtulabilmelidir.	1				1							1	1			1	2	4
38	Defibrilatör	Ses ve görüntülü alarm sistemine sahip olmalıdır.											1	1				1	1	2
39	Deve Boynu Masa	Antibakteriyel, tekerlekli, yüksekliği ayarlanabilir özellikte olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6
40	Dijital Kulak Ateş Ölçer (Timpanik)	Ölçüm hassasiyeti, geniş ölçüm aralığı, yüksek ateş alarmı, ekran aydınlatma ışığı bulunan, otomatik kapanma özelliklerine sahip olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1	1		1	3	7
41	Dijital Temassız Derece (İnfrared)	Dokunmaksızın ölçüm imkânı, hijyenik, 3 saniyede ölçüm, sesli uyarı sistemi, geniş ölçüm aralığı, temassız vücut sıcaklığı ölçümü, yüksek ateş alarmı, ekran aydınlatma ışığı, otomatik kapanma özelliklerine sahip olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1	1		1	3	7
42	Dijital Tansiyon Aleti	Yüksek hassasiyetle tansiyon ve nabız ölçümü, düzensiz nabız göstergesi (IHB), kolay okunabilir, geniş ekran,otomatik kapanma özelliklerine sahip olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1	1		1	3	7
43	Doğum Açıklığı İzleme Modeli	Doğum sırasında ve doğumda serviks ve vajina durumunu temsil eden, en az 6 parça olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
44	Mayo Masası	Tekerlekli, anti bakteriyel özellikli, paslanmaz çelikten yapılmış, hidrolikli, fren sistemli olmalıdır.						1		1	1		1	2	1			1	2	5
45	Ebelik Eğitimi Smilatör Modeli	Gerçek boyutlarda,vakum uygulanabilir, fetüs pozisyonları, normal ve anarmol doğumları tüm eklem hareketleri ile gösterebilir özellikte olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
46	Fetal El Dobbleri	LCD ekran doğru FHR algılaması, otomatik kapanma özellikli olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet		
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																				
47	Yetişkin Entübasyon Mankeni	Oral ve nazal entübasyona uyumlu, yetişkin insan boyutlarında, yarım vücutlu olmalıdır.											1	1	0			1	1	2
48	Epizyo Makası	Paslanmaz, çelik, antibakteriyel olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
49	Eskabo Basamak	2'li metal malzemeden yapılmış olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1	1		1	3	7
50	Taşınabilir Küçük Dolap (Etajer)	Çelik, paslanmaz, çekmeceli, antibakteriyel özellikte olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	2	6
51	Etüv (Bakteriyolojik)	Dijital göstergeli, 51x50x40 cm iç ölçülerde olmalıdır.														1			1	1
52	Fetal Dolaşım Maketi	Göğüs, karın boşluğu, kalp, plasenta, göbek kordonu ve venöz ve arteriyel kanalları gösteren gerçek boyutta olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
53	Fetoskop	Alimyum malzemeden yapılmış olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
54	Fetüs Başındaki Süturları ve Fontanelleri Gösteren Maket	PVC, parçalanabilen özellikte olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
55	Fetüs Gelişim Süreci Modeli	Normal boyutlarında, özel plastikten, embriyodan fetusa kadar geçen süreçteki fetüs ve uterus arasındaki pozisyonları gösteren her biri ayrı ayrı kaideler üzerine monteli toplam 10 parçadan oluşan model olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
56	Forseps	Paslanmaz çelik, steril edilebilen özellikte olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
57	Fototerapi Cihazı	Küvez ve bebek yatakları üzerine rahatca yerleştirilebilen, tek parça ve mobil olmalıdır. En az 10 adet mavi-sarı ışık veren led lamba içermelidir. Işık şiddeti 30 cm mesafeden en az 2 mW/cm ² (40 µw/cm ² nm) olmalı, ihtiyaca göre ışık şiddeti yoğunluğu ayarlanabilmelidir.						1		1	1			1	1	1			2	4
58	Gaita Numune Taşıma Kabı	Kapaklı non steril seffaf plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.														100			100	100

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																				
59	Gelişmiş Hamile Anne Modeli	Palpasyona, embriyo kalp sesi oskültasyonuna, pelvik ölçüme uygun ve memeyi gösterir olmalıdır..						1		1	1			1	1				1	3
60	Göz Modeli	Bu model 5 kat büyütülmüş, PVC, bir kaideye monte edilmiş, ayrıştırılabilir olmalıdır.		1			1													1
61	Hassas Terazi	Dijital, denge ayarlı olmalıdır.													1				1	1
62	Hasta Başı Monitör	Uluslararası standartlara uygun, renkli,en az 6 dalga boylarını ölçen sesli ve görsel alarm sistemi bulunan olmalıdır.										1	1					1	1	2
63	Hasta Karyolası	Elle ayarlanabilen, baş ucu ve bacak hareketi olan, anti bakteriyel, serum askı yeri olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1			3	4	10
64	Hasta Takip Tabelası	Aliminyum, 22*31 cm boyutlarında olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1			3	4	10
65	Hasta Transfer Seti	Nefes alabilen poliüretan membran, sıvı geçirmez olmalıdır.	1				1	1		1	1		2	3	1			2	3	8
66	Hasta Yatağı	Ortopedik, tek parça, 90*190* 17cm boyutlarında olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1			3	4	10
67	Havalı Yatak	Anti bakteriyel,anti alerjik poliüretan yatak malzemesinden üretilmiş, hava geçiren ancak su, ter, idrar geçirmeyen,hastanın kilosuna göre basınç ayarı yapılabilir, CE kalite belgesi olmalıdır.	1				1						3	3				3	3	7
68	Hemotokrit Cihazı	Masa üstü özellikte olmalıdır.														1			1	1
69	Hemşire Bankosu	Çekmeceli, raflı olmalıdır.										1	1					1	1	2
70	Hidrolik Tabure	Yükseklik ayarlı, arkalıklı olmalıdır.						1		1	1		2	3	1			2	3	7
71	Histerometre	Steril edilebilen paslanmaz çelik olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
72	Işık Kaynağı (Seyyar Lamba)	Spiral hareketli kol, paslanmaz, 4 adet tekerlekli, 360 derece dönebilir, yükseklik ayarı yapılabilir özelliklerinde olmalıdır.	1				1	1		1	1		2	3	1			2	3	8

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																				
73	İdrar Numune Taşıma Kabı	Kapaklı steril seffaf plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.	1				1	1		1	1		2	3	1	100		2	103	108
74	İlaç Dolabı	Çift kapılı, altı dolaplı, üst dolap kapakları camlı, kilitlebilir olmalıdır.	1				1	1		1	1		2	3	1			2	3	8
75	İlaç Kadehi	25 ml, cam malzemeden, ağzı kapaklı olmalıdır.	20				20	10		10	10		20	30	10			20	30	90
76	İnfüzyon Cihazı (Pump)	Digital ekranları sayesinde verilen değerler kolaylıkla izleyebilen, volüm ve zaman değerleri girildiğinde dozu otomatik olarak hesaplayabilen olmalıdır.	1				1	1		1	1		2	3	1			2	3	8
77	İskelet	Tekerlekli, normal yetişkin insan boyunda (170-180 cm) PVC, yıkanabilen, kollar ve bacaklar söküp takılabilen, hareketli çene olmalıdır.	1				1													1
78	Jinekolojik Muayene Eğitim Girişim Seti	Normal ve gebe uterus muayenesini gösteren gebeliği önleyici kontraseptif aletlerin takılıp çıkartılmasını gösteren PVC malzemeden imal edilmiş olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
79	Kadın İç ve Dış Genital Organ Modeli	Uterus ve vajinanın bir kısmı iç yapılarının görünebilmesi için bölünebilir,PVC'den yapılmış, gerçek boyutlarda olmalıdır.	1	1			2	1		1	1			1	1				1	5
80	Kadın Kemik Pelvis Modeli	Gerçek boyutlarda ve aynı ölçülerde, PVC olmalıdır.		1			1	1		1	1			1	1				1	4
81	Kalp Modeli	4 kat büyütülmüş ve en 3 parçaya ayrılabilir, stand üzerine monteli, PVC malzemeden imal olmalıdır.		1			1													1
82	Karaciğer Pankreas, Duedonum Modeli	PVC malzemeden bir kaideye monte edilmiş, gerçek boyutlu karaciğer, dalak, kan damarları ve pankreasın temel yapılarını göstermelidir.		1			1													1
83	Kas Figürlü Üst Gövde Modeli (Torso)	80- 85 cm'lik, her iki cinse de uyan(unisex), gövde modeli en az 40 parçaya ayrılabilir olmalıdır.		1			1													1
84	Kemik Yapısı Modeli	PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.		1			1													1
85	Meme Muayenesi Uygulama Modeli	Meme muayenesindeki aşamaların kolaylıkla uygulamasını sağlayan yapıya sahip olmalıdır.						1		1					1				1	2

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı		Toplam (Adet)	
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																					
86	Kontrollü Ağrı Cihazı (PCA)	Zaman ve damla ayarlı, dijital göstergeli taşınır çanta içinde olmalıdır.												1	1			1	1	2	
87	Kulak Modeli	5 kat büyütülmüş, PVC malzemeden ve bir kaide üzerine monte edilmiş olmalıdır.		1			1													1	
88	Kurşun Paravan	TAEK standartlarında metal profil üzerine 2 mm'lik kurşun kaplamalı, kurşun cam ilaveli, tekerlekli olmalıdır.														1				1	1
89	Kuru Hava Sterilizatörü	10 litre kapasiteli olmalıdır.														1				1	1
90	Laboratuvar Saati	Elektronik olmalıdır.														5				5	5
91	Larenks Modeli	Ses tellerinin bağlı olduğu epiglot kıkırdağı ve hareketlerini gösteren, 3 kat büyütülmüş ve 3 ayrı parçaya ayrılabilir. PVC malzemeden ve bir stand üzerine monte edilmiş olmalıdır.		1			1														1
92	Laringoskop Seti	Klasik no: 1, 2, 3 blade ve ultra güvenli handle olmalıdır.											1	1				1	1	2	
93	Magnetik Karıştırıcı	Isıticılı olmalıdır.														1				1	1
94	Metal Vajinal Spekulüm	Çok kullanımlık, çelikten yapılmış, steril edilebilir olmalıdır.						1		1	1			1	1					1	3
95	Muayene Masası	65 x 185 x 75 cm ölçülerinde, katlanabilir, muşamba kaplı olmalıdır.	1				1	1		1	1			1	1					1	4
96	Nebülizatör	Yetişkin ve çocuk maskesine sahip, kolay kullanım ve kolay temizlenebilme özelliğine sahip, kolay taşınır, taşıma çantası ile birlikte ev tipi olmalıdır.						1		1	1		1	2	1			1	2	5	
97	Negatoskop	En fazla(maksimum) homojen ışık dağılımı 3000 lümen ışık parlaklığı olan, dekoratif ve hafif dizaynı olmalıdır.														1				1	1
98	Normal Bebek Doğum Modeli	PVC malzemeden, omuz, baş, iç rotasyon, kafa uzatma, rotasyon, dış rotasyon iniş, fleksiyon, iç rotasyonları göstermelidir.						1		1	1			1	1					1	3
99	NST Cihaz Sehpa	Hidrolikli, paslanmaz çelik, tekerlekli olmalıdır.						1		1	1			1	1					1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşının Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																			
100	NST Cihazı	Renkli ekran, görüntü dondurma özelliği, hareket ettirilebilir yatay eğimli ekranlı, veri ve dalga formunu saklama ve izleme özelliğine sahip olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
101	Numune Taşıma Kabı	Kolay temizlenebilen malzemeden yapılmış olmalıdır.	1				1									1		1	2
102	Oftalmoskop	Duvar tipolmalıdır.	1				1	1		1	1			1	1			1	4
103	Oftalmoskop	Cep tipi olmalıdır.	1				1	1		1	1			1	1			1	4
104	Oksijen Tüpü	10 litrelik olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	6
105	Oksijen Tüpü Taşıma Arabası	Küçük boy, 22x22 x4 cm boyutlarında olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	6
106	Otoklav								1	1		1		1		1	1		4
107	Pansuman Arabası	Alt, üst paslanmaz özellikte, tekerlekli, antibakteriyel, 45*65*80 cm boyutlarında olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	6
108	Paravan	Katlanabilir, üç kanatlı,tekerlekli olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1			1	6
109	pH Metre	Dijital göstereli olmalıdır.														1			1
110	Plasenta Modeli	Normal boyutlarda(boyutları: 22 x 22 x 4 cm), plasenta göbek kordonu bağlantı yerini ve şeklini gösteren tek parçadan oluşan bir kaide üzerine monteli model olmalıdır.						1		1	1			1	1				3
111	Pulse Oksimetre Cihazı Parmak Tipi	LCD ekrana sahip olmalıdır. Yetişkin ve pediatrik hastalar için kullanılabilir olmalıdır.	1				1	1		1	1		2	3	1			2	8
112	Radyant Isıtıcı	50*70 cm boyutlarında, çekmeceli, malzeme saklama bölümü ikisi frenli dört adet tekerleği ile mobil kullanıma uygun farklı ısıtma kademlerinde, yükseklik ayarlanabilir olmalıdır. Dokunmatik kontrol paneli,set sıcaklığından sapma durumunda sesli ve görsel alarm vermelidir.						1		1	1			1	1				3
113	RIA Uygulama Seti	6 parça olmalıdır.						1		1	1			1	1				3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																				
114	Röntgen Çekim Masası	Asansörlü geçirgenliği yüksek, mas üstü, elektromanyetik ayak pedalı kontrollü, her kasete uyumlu, motorlu girt ve buki tablosu olmalıdır.														1		1	1	
115	Röntgen Kumanda Masası	Şebeke gerilimine 240/415 Volt, 50 Hz uygun çalışabilir özellikte olmalıdır.														1		1	1	
116	Santrifüj	Masa üstü özellikte en az 8 godeli olmalıdır.														1		1	1	
117	Sedimentasyon Sehbası (Westergren)	Hızlı metot için paslanmaz çelik, karıştırma tüpü ve kauçuk kapaklı, pipetsiz ve 5'li olmalıdır.														1		1	1	
118	Serum Askısı	Paslanmaz çelik serum askısı, 4 askılı, 5 ayaklı, alüminyum ayaklı ve tekerlekli olmalıdır.	1				1	1		1	1		3	4	1			3	4	10
119	Seyyar Röntgen Cihazı	30 kW yüksek frekanslı jeneratör, döner anotlu , yüksek anatomi programlı görsek kumanda konsollu olmalıdır.														1		1	1	
120	Simit Halka	Sürekli elastik şeklini koruyabilen, visco köpükten üretilen, çıkarılabilen, yıkanabilen pamuklu kumaştan yapılmış kılıfı olmalıdır.	2				2						3	3				3	3	8
121	Sindirim Sistemi Modeli	Bir taban üzerine yerleştirilmiş, PVC malzemeden imal edilmiş, gerçek boyutlarda 3 parçaya ayrılabilir ve duodenum, çekum ve rektum açılabilir.		1			1													1
122	Slikonlu Ambu Seti	Yenidoğan için olmalıdır.											1	1				1	1	2
123	Solunum Sistemi Modeli	PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.		1			1													1
124	Steril Doğum Seti	5 parça olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
125	Steteskop Pediatrik							1		1	1		1	2	1			1	2	5
126	Steteskop(Çift Kulaklı)	İki taraflı dinleme çanı olan, kulaklık başlıkları sızdırmaz ve üzerinde çapak gibi şeyler kesinlikle bulundurmeyen olmalıdır.	1				1													1
127	Su Cihazı (Distile)	Duvara monteli 5 litrelik olmalıdır.														1			1	1

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL											Toplam (Adet)
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği					
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																			
128	Süt Sağma Cihazı	Elektrikli ve pille çalışabilen olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
129	Tedavi Tepsisi	20 x30 cm ölçüleride, 18/8 CrNi paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.	3				3	2		2	2		2	4	2			2	13
130	Hasta Sandalye	Tekerlekli, fren sistemine sahip, emniyet kemerli, ayak pedallı olmalıdır.	1				1					1	1					1	3
131	Tel Kafes	Metal olmalıdır.	1				1					1	1					1	3
132	Temel CPR Mankeni	CPR eğitimi doğruluk monitörizasyonu olan, tam vücutlu yetişkin boyutlarında ilk yardım eğitimine uygun olmalıdır.				1	1												1
133	Tıbbi Aspiratör Cihazı	Ameliyathanelerde, hasta başı uygulamalarında aspirasyon gerektiren işlemlerde kullanıma uygun, 2x2,5=5 litrelik çift cam kavanozlu, kolay işletim için el ve ayak şalteri olan, portatif ve taşınması kolay özelliklere sahip olmalıdır.										1	1					1	2
134	Tıbbi Atık Çöp Kovası	Biyolojik risk taşıdığı belirtilen uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş, üzerinde kesici alet "DİKKAT KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ATIK" yazısı bulunup 1,2 litre olmalıdır.	1			1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	11
135	Tiroid ve Paratiroid Bezi Modeli	PVC malzemeden yapılmış olmalıdır		1			1												1
136	Topuk Koruyucu	Poliüretan kaplı, iki taraftan esneyebilir, terleme yapmayan olmalıdır.	1				1												1
137	Transfer Sedyesi	Kilitleme sistemli, korkuluklu olmalıdır.	1				1									1			2
138	Transkutanöz Bilirubin Cihazı	Dijital, hassas ölçüm, kayıt fonksiyonlu olmalıdır.						1		1	1		1	1				1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)	
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği						
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																			
139	Transport Küvözü	Sistem en az ikisi fren tertibatlı dört tekerlekli, mobil, hastane içinde, kara ve hava araçları ile rahatlıkla taşınabilir özellikte olmalıdır. Cihaz 220 Volt şehir ceryanı ile, 12 VDC akü elektriği ile ve dâhili DC batarya ile çalışabilmelidir. Sistemde bir oksijen girişi olmalı, hava sirkülasyonu girişinde 0,5 mikronluk antibakteriyel bir filitre bulunmalıdır. Sistemin taşıma arabasında en az iki adet tüpün bağlanabileceği uygun bir tabla olmalıdır. Sistemin üzerinde iki adet alüminyum pin -index O2 tüpü verilmelidir. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalı, kabin içi hava sıcaklığı 30-38 derece arasında kontrol edilebilmelidir. Sistemin kabin kısmında çeşitli hortum ve aksesuarların girebileceği giriş deliği olmalıdır. Sesli ve görsel alarm düzeni olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
140	Triley	Pil ya da adaptör yardımı ile kullanım imkânı olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
141	Tromel	Tamamı paslanmaz sacdan olmalıdır.	1				1	1		1	1		1	2	1		1	2	6
142	Uterus Modeli	Standı üzerinde durmaktadır. PVC malzemeden imal edilmiştir.Uterusu, fallop tüpleri, yumurtalıklar gösterilmiştir. Gerçek boyutlarında olmalıdır.						1		1	1			1	1			1	3
143	Üriner Sistem Modeli	Plastik stand üzerinde durdurulup PVC malzemeden imal edilmelidir. Böbreküstü bezini, üreteri, mesaneyi, retroperitoneal kavite yapılarını, pelvisli kemikler ve kasları, inferior vena kavayı, kendi dalları ile aortayı, üst üriner sistemi, böbrek yapılarını vb. göstermelidir. 4 parçaya bölünebilir özellikte olmalıdır.		1			1												1
144	Ventilatör	Yoğun bakımda kullanmaya uygun, alarm sistemine sahip, farklı ventilasyon modlarına ayarlanabilir olmalıdır.										1	1				1	1	2
145	Vertebra Kesit Modeli	Normal yetişkin insan boyutlarında, PVC plastik, yıkanabilen olmalıdır.		1			1												1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL										Toplam (Adet)		
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı		Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
DAYANIKLI TAŞINIRLAR (KODU:253)																				
146	Yenidoğan Bebek Bakım Modeli	Silikon, fontanel ve sütüraları gösteren, bebek banyosu, emzirmesi, lavaj ve gavaj uygulamalarını gösteren olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3
147	Yetişkin CPR Eğitim Mankeni	Yetişkin insan boyutlarında, kalp masajı, suni solunum uygulanabilen olmalıdır.				1	1													1
148	Yetişkin Entübasyon Mankeni	Yetişkin insan boyutlarında, entübasyon uygulanabilir olmalıdır.										1	1					1	1	2

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL													Toplam (Adet)
								Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)		
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet		
DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)																					
1	Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen)	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
2	Projeksiyon Cihazı	1024X768 çözünürlük, 2600 ansilümen, LCD teknoloji olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
3	Projeksiyon Perdesi	180X180 storlu projeksiyon perdesi olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
4	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklâl Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
5	Etkileşimli Tahta*		1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
6	Mama Sandalyesi	Taşınabilir, kolay temizlenebilir olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3	
7	Jinekolojik Masa	Ergonomik, antibakteriyel, hidrolik, baş kısmı yükseltilebilir olmalıdır.						1		1	1			1	1				1	3	
8	Malzeme Dolabı	Çift kapılı, kilitlenebilir, altı dolaplı, üst dolap kapakları camlı, tekerlekli, 40 x 90 x 177 cm boyutlarında olmalıdır.	1			2	3	1	1	2	1	1	1	3	1		1	1	3	11	
9	Yayın Panosu	Mantar ve kumaş kaplı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
10	Yayın Dolabı	Camlı, kilitli ve kumaş kaplı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
11	Öğretmen Dolabı	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
12	Öğrenci Dolabı	Ahşap, çift kapılı, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
13	Malzeme Dolabı	Altı kapaklı, üstü raflı camekânlı özelliğinde olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

			ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL													Toplam (Adet)			
			Temel Uygulama Laboratuvarı			Anatomi Laboratuvarı		Bilgisayar Laboratuvarı		İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı		Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
												Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı		Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı		Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı		Sterilizasyon Laboratuvarı
Sıra No	Taşıyımın Adı	Genel Özellikler	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)																								
14	Kit Saklama Dolabı		1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13				
15	Çalışma Masası (Öğretmen)		1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13				
16	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)	Ergonomik açıdan uzun süre çalışmaya uyumlu, kol destekli, kumaş kaplı, dönebilen ve metal ayaklı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13				
17	Tabure	Hidrolik, arkalıklı ve tekerlekli olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13				
18	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13				
19	Çöp Kutusu	12 litre, pedallı, metal, paslanmaz malzemeden olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13				

* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Fatih Projesi kapsamında donatımı gerçekleştirilecektir.

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ			ALAN ORTAK					DAL										Toplam (Adet)			
								Ebe Yardımcılığı		Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği								
			Meslek Alan Öğretmenler Odası	Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakımla Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı		Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)
			Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet		Adet	Adet	Adet
MESLEK ALAN ÖĞRETMENLERİ ODASI																					
1	Bilgisayar Masası	Ahşap olmalıdır.	1					1										1			
2	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1					1										1			
3	Çöp Kutusu	Metal ayak pedallı olmalıdır.	1					1										1			
4	Koltuk*	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	6					6										6			
5	Masa	Ahşap, toplantı masası olmalıdır.	1					1										1			
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1					1										1			
7	Öğretmen Dolabı*	Ahşap, kilitli ve 6 gözlü olmalıdır.	1					1										1			
8	Pano	Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1					1										1			
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1					1										1			
10	Telefon		1					1										1			
11	Yazıcı	Lazer olmalıdır.	1					1										1			

* Alan öğretmen sayısına göre belirlenir.

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınım Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL													Toplam (Adet)
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)		
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ																					
1	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı	Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
2	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
3	Dozimetre	Radyasyon miktarını ölçebilen olmalıdır.														1			1	1	
4	Ekranlı Araçlar	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli tedbirler alınmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
5	Talimatlar	Çalışma talimatı, İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun hazırlanmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
6	Talimatlar	Hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçleri için olmalıdır.	1			1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	11	
7	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılacaktır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
8	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
9	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalı ve KKD ile kullanılmalıdır.	100	100	100	100	400	100	100	200	100	100	100	300	100	100	100	100	400	1300	
10	Göz Duşu	TS EN 15154-1 ve TS EN 15154-2 standartlarına uygun olmalıdır.	1				1													1	
11	Göz Duşu Solüsyonu	Duvara monteli 2'li set, aynalı,şeffaf plastik kapaklı,500 ml olmalıdır.	1			1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	11	
12	Göz Koruyucu	KKD yönetmeliğine uygun, çizilmeye karşı dayanıklı, buğu yapmaz, uv ışınlarına karşı koruyucu özellikte	1			1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	11	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınım Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL													Toplam (Adet)
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)		
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ																					
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
14	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu	İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmelidir.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
15	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi	Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.	1	1	1	1	4													4	
16	Yelek	(Kurşun Yelek)CE işareti olan, radyoaktif madde bulaşmasını önleyen olmalıdır.														1				1	1
17	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılacaktır.	1				1														1
18	Priz	Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)	5	5	5	5	20	5	5	10	5	5	5	15	5	5	5	5	20	65	
19	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
20	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Uyarı İşareti Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
21	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Emredici Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
22	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2		1	1	2		1	1	1	3	11	
23	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2		1	1	2		1	1	1	3	11	
24	Topraklama Tesisatı	Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlanmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sıra No	Taşınım Adı	Genel Özellikler	ALAN ORTAK (10.Sınıf)					DAL													Toplam (Adet)
			Temel Uygulama Laboratuvarı	Anatomi Laboratuvarı	Bilgisayar Laboratuvarı	İlk Yardım Uygulama Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ebe Yardımcılığı			Hemşire Yardımcılığı			Sağlık Bakım Teknisyenliği							
								Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)	Ana - Çocuk Sağlığı Laboratuvarı	Meslekî Uygulamalar Laboratuvarı	Sterilizasyon Laboratuvarı	Anestezi - Yoğun Bakım Laboratuvarı	Toplam (Adet)		
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ																					
25	Duş Ünitesi	TS EN 15154-1 ve TS EN 15154-2 standartlarına uygun olmalıdır.	1			1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	11	
26	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
27	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
28	Yangın Tüpü	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13	
29	Yönler (Yardımcı Bilgi İşareti) (levha)	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1	1	1	1	4	1	1	2		1	1	2		1	1	1	3	11	