

EĞİTİM TİPİ OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR – OED CİHAZI (AED TRAINER DEVICE)

TANITIM

1. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
2. Cihaz kasası PVC plastikten imal edilmiştir.
3. Digital led kristal ekdandan görüntüler alınmaktadır.
4. Açma kapama butonu bulunmaktadır.
5. Cihaz üzerinde şok butonu bulunmaktadır.
6. Komut seslerinin yükseltme ve alçaltma butonları bulunmaktadır.
7. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör yapışkanlı olan iki set (yetişkin ve pediatrik) pedleri ile birlikte sunulmaktadır.
8. Eğitim tipi/Simülatif otomatik harici güç ünitesi (eksternal) şarj edilebilmektedir.
9. Çihazın çalıştırma düzeni batarya ile sağlanmaktadır. Bataryanın şarj soketi ve kablosu cihazla birlikte verilmektedir.
10. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör; defibrilasyona ihtiyaç duyulan klinik dışı acil vakalarda kullanılmak üzere yapılacak eğitimlerde kullanılmaktadır.
11. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör, sesli olarak Türkçe ve İngilizce sesli komut verebilmektedir.
12. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör CPR uygulamasıyla senkronize çalışma komutları verebilmektedir.
13. 10 adet müdahale senaryosu bulunmaktadır.
14. Senaryo seçimi ve diğer komutlar haricen kontrolü sağlayan bir uzaktan kumandası bulunmaktadır.
15. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör ve ped seti ayrıca koruma ve taşıma çantası ile birlikte sunulmaktadır.

Ürün tanıtım video linki <https://www.wapaed.com/tr/products-detail-4690>



EĞİTİM TİPİ AED / OED CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
2. Makine kasası PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Digital led kristal ekdandan görüntüler alınmalıdır.
4. Açma kapama butonu bulunmalıdır.
5. Cihaz üzerinde şok butonu bulunmalıdır.
6. Komut seslerinin yükseltme ve alçaltma butonları bulunmalıdır.
7. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör yapışkanlı olan iki set (yetişkin ve pediatrik) pedleri ile birlikte sunulmalıdır.
8. Eğitim tipi/Simülatif otomatik harici güç ünitesi (eksternal) şarj edilebilmektedir.
9. Cihazın çalıştırma düzeni batarya ile sağlanmaktadır. Bataryanın şarj soketi ve kablosu cihazla birlikte verilmektedir.
10. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör; defibrilasyona ihtiyaç duyulan klinik dışı acil vakalarda kullanılmak üzere yapılacak eğitimlerde kullanılmalıdır.
11. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör, sesli olarak Türkçe ve İngilizce sesli komut verebilmelidir.
12. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör CPR uygulamasıyla senkronize çalışma komutları verebilmelidir.
13. En az 10 adet müdahale senaryosu bulunmalıdır.
14. Senaryo seçimi ve diğer komutlar haricen kontrolü sağlayan bir uzaktan kumandası bulunmalıdır.
15. Simülatif otomatik harici (eksternal) defibrilatör ve ped seti ayrıca koruma ve taşıma çantası ile birlikte sunulmalıdır.